

Skierniewice, dnia 17.03.2021 r.

REG-8/2/2021

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w zapytaniu ofertowym nr 8/REG/2021 p.n.: „**Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych**”

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisami Punktu IV Pakiet nr 1 podp. 14 który brzmią:

W przypadku zakończenia obowiązywania umowy, butle z niewykorzystanym gazem pozostaną do dyspozycji Zamawiającego do czasu ich opróżnienia. Do czasu ich zwrotu Wykonawca będzie naliczał ceny dzierżawy zgodnie z postanowieniami umowy.

Prosimy o zmianę zapisu:

W przypadku zakończenia obowiązywania umowy, butle z niewykorzystanym gazem pozostaną do dyspozycji Zamawiającego. Przez okres 12 miesięcy Wykonawca będzie naliczał ceny dzierżawy zgodnie z postanowieniami umowy. Po tym okresie cena dzierżawy będzie naliczana zgodnie z cennikiem standardowym Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zmiana zapisu:

W przypadku zakończenia obowiązywania umowy, butle z niewykorzystanym gazem pozostaną w dyspozycji Zamawiającego do czasu ich opróżnienia. Przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia umowy nr 8-1/REG/2021 (załącznik nr 6), Wykonawca będzie naliczał ceny dzierżawy zgodnie z postanowieniami umowy. Po tym okresie jednostkowe ceny dzierżawy (do czasu ich zwrotu) będą naliczane zgodnie ze standardowym cennikiem Wykonawcy.

Pytanie 2:

Czy w Formularzu Cenowym Pakietu 1 możecie Państwo uzupełnić kolumnę dotyczącą Pojemności butli oferowanej przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Tak, w Formularzu cenowym - Pakiet nr 1 (Załącznik nr 2), Zamawiający dodaje kolumnę „Oferowana pojemność butli”.

Pytanie 3:

Bardzo proszę o u podanie parametrów technicznych tj. stężeń poszczególnych gazów i jaki ma być gaz uzupełniający dla mieszaniny - dwutlenek węgla w azocie C02 5.0 +/- 0.1 N2 = reszta (gaz kalibracyjny).

Odpowiedź:

Mieszanina - dwutlenek węgla w azocie 5% C02 +/- 0.1%, 95% N2.



Pytanie 4:

W formularzu jednostką miary jest butla. Uważamy, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ceny za m³ lub kg. Różni producenci, w zależności od zastosowanej technologii, mogą oferować butle o różnej zawartości gazów. W powyższym przypadku cena za butlę nie będzie oddawać rzeczywistej ceny za określoną ilość gazu a ponadto utrudni Państwu porównywanie ofert.

Dla przykładu

Azot 4,0 techniczny 99.99 butla 8,8-10 m³ 160

Oferent oferujący butle o pojemności 8,8 m³ dostarczy Państwu 1408 m³ z kolei oferent oferujący butle 10,0 m³ 1600 m³. Pierwsza opcja będzie z pewnością tańsza ale też otrzymacie Państwo prawie 200 m³ gazu mniej.

Odpowiedź:

Jednostką miary w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 pozostaje butla.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do treści Zapytania ofertowego oraz załącznika nr 2.

Aktualną treść dokumentów należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego

<http://www.inhort.pl/zapytania-ofertowe> oraz

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert ulegnie zmianie i upływa w dniu **23.03.2021 r. godz. 10⁰⁰**.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
Arna Trębacz
mgr inż. Arna Trębacz