

Skierniewice, dnia 20.03.2021 r.

REG-8/3/2021

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w zapytaniu ofertowym nr 8/REG/2021 p.n.: „Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych”

Pytanie 1:

Dotyczy pakietu nr 1, ciekły azot

Proponuję dopuszczenie dostaw ciekłego azotu także w inny formach, nie tylko auto cysterna np. tankowanie Państwa Dewarów ze zbiorników transportowo-magazynowych typu EUROCYL. Tym samym zwracam się z prośbą o wykreślenie metody dostawy ciekłego azotu auto cysterną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inną metodę dostarczania ciekłego azotu.

Pytanie 2:

Bardzo proszę o sprecyzowanie składu mieszaniny dwutlenku węgla w azocie poz. 21.

Odpowiedź:

Mieszanina - dwutlenek węgla w azocie 5% CO₂ +/- 0.1%, 95% N₂ zgodnie z odpowiedzią w dniu 17.03.2021 r.

Powyższa zmiana została wprowadzona do treści Zapytania ofertowego.
Aktualną treść Zapytania ofertowego należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
<http://www.inhort.pl/zapytania-ofertowe> oraz
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert ulegnie zmianie i upływa w dniu **24.03.2021 r. godz. 10⁰⁰**.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Anna Kępczak