

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytut Ogrodnictwa–PIB w Skierniewicach, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł bez podatku od towarów i usług. pn.
Dostawa urządzeń laboratoryjnych, nr 19/REG/2025, działając na podstawie Rozdziału VI ust. 3 oraz 4 zapytania ofertowego udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego.

Pyt. 1

Zadanie 4 mieszadło magnetyczne:

p.5. Wymiary płyty roboczej: min. 180 × 180 mm

Czy Zamawiający zaakceptuje mieszadło o rozmiarze płyty roboczej or rozmiarze 178x178mm tj. o tolerancji rozmiarów ok. 1,2%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia wymaganie dla Części nr 4 – Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania (Załącznik nr 1 -Formularz wymaganych warunków technicznych), poz. 5 otrzymuje brzmienie:
„Wymiary płyty roboczej: min. 178 × 178 mm”

Pyt. 2

Zadanie 4 mieszadło magnetyczne:

p. 8. Czy Zamawiający zaakceptuje inne rozwiązanie sterowania temperatury bez dodatkowego elementu sterującego (termometru kontaktowego) w postaci wbudowanego w mieszadło kontrolera temperatury do współpracy z zewnętrznym czujnikiem temperatury. Czujnik jest odłączany i dostarczany jest wraz z mieszadłem.

Pozostałe parametry oferowanego mieszadła nie gorsze od specyfikowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3.

Zadanie 15 Mini wirówka

Czy Zamawiający zaakceptuje wirówkę z zakresem nastawy czasu pracy 30s-99min?

Pozostałe parametry oferowanej wirówki nie gorsze od specyfikowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienia treści i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

