



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Nr. pisma DZP 35/2026

Skierniewice, dn.10.02.2026 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytut Ogrodnictwa–PIB w Skierniewicach, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 170 000 zł bez podatku od towarów i usług o nr postępowania **05/REG/2026**, działając na podstawie postanowień Rozdziału VI Zapytania ofertowego udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie czy usługa z pozycji 8 ma na celu uzyskanie zaledwie 5 000 000 par odczytów? Z naszego doświadczenia wynika, że biblioteki po usunięciu rRNA należy sekwencjonować ze zwiększoną głębokością np. 25 000 000 par odczytów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany opisu w Formularzu cenowym (załącznik nr 2), poz. 8 w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:

Sekwencjonowanie NGS - Illumina. Kontrola jakości Bioanalyser; przygotowanie bibliotek RiboZero, odczyty sparowane, ok. 25 000 000 par sekwencji (po 150 nukleotydów każda). Wyniki powinny być przycięte i przekazane do IO -PIB w formacie elektronicznym fastaq.

Pytanie nr 2

ad. poz. 3: *Synteza oligonukleotydów podwójnie znakowanych (sondy typu TaqMan) 5' - 6-FAM i 3' - Quencher, o stężeniu 10 nmol*: Prosimy o podanie konkretnych znaczników na końcu 3' i umieszczenie w tabeli w oddzielnych rekordach, bo mogą mieć różne ceny jednostkowe. Czy znaczniki BHQ-1 i TAMRA wystarczą, czy będą potrzebne też inne i jakie, jeśli tak? Jaka będzie długość sond - czy można założyć, że będą się mieścić w przedziale 18-40 n?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje znaczniki: BHQ-1, TAMRA, Iowa Black FQ. Długość sond 15-40n.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2) w poz. 3 kolumnę 2 i 3 formularza.

Formularz cenowy – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ze zmianą z dn. 10.02.2026 r. stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie nr 3

Czy jedno opakowanie dla syntezy oligonukleotydów 20 i 40nmol to nukleotyd?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4

Czy jedno opakowanie dla syntezy oligonukleotydów podwójnie znakowanych to oligonukleotyd? Jaki quencher dopuszcza Zamawiający?

Odpowiedź:

Tak, BHQ-1, TAMRA, Iowa Black FQ



Finansowane przez
Unię Europejską





Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pytanie nr 5

Pytanie do sekwencjonowania punkt 4 i 5. Jakie minimalne liczby próbek jednorazowo planuje sekwencjonować Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w stanie określić jednorazowej minimalnej ilości próbek, Zamawiający będzie zamawiał usługi sukcesywnie w ramach potrzeb osób merytorycznych.

Pytanie nr 6

Czy próbki dla punktu 6 będą dostarczone w jednej partii?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykreśla pozycję 6 z formularza cenowego – załącznik nr 2.

Pytanie nr 7

Czy próbki dla punktu 7 będą dostarczone w jednej partii?

Odpowiedź:

Tak, próbki zostaną dostarczone w jednej partii.

Pytanie nr 8

Czy próbki dla punktu 8 będą dostarczone w jednej partii?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że próbki/preparaty będą dostarczone maksymalnie w 2 partiach.

Dodatkowo Zamawiający zmienia termin składania ofert w Rozdziale X Zapytania ofertowego:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres email: oferty@inhort.pl do dnia 16.02.2026r. do godz. 10.00, w temacie wiadomości proszę wpisać: Oferta – 05/REG/2026.

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.02.2026 r. po godz. 10:05 bez udziału Wykonawców.

Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ze zmianą z dn. 10.02.2026 r. stanowi załącznik do wyjaśnień.



Finansowane przez
Unię Europejską

